

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 140 LETTI ALZHEIMER A  
MOVIMENTAZIONE ELETTRICA OCCORRENTI AI NUCLEI RESIDENZIALI DELL’A.S.P. ITIS DI TRIESTE -  
**CIG: 806235951E – CUP D99G17002700007**

**CHIARIMENTO N. 1**

**Domanda:**

Nelle dimensioni del letto richieste viene specificata la lunghezza massima di 205 cm con tolleranza 0. La larghezza richiesta è di 100 cm ma non è menzionata la tolleranza. È possibile offrire un letto qualche cm più largo?

**Risposta:**

La tolleranza massima per la larghezza del letto può essere di + 10 cm compresi i paracolpi; la larghezza minima resta 100 cm.