

CHIARIMENTO N. 2

Domanda:

Si chiede se le caratteristiche e specifiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico all’art. 2 punto 14 sono da considerarsi caratteristiche minime pena esclusione oppure possono essere presenti nell’una o nell’altra versione (meccanico o elettrico).

Risposta:

Si richiama l’art. 2 del Cs ai sensi del quale “Tutte e tre le tipologie di letto devono avere le seguenti caratteristiche: (...) ”14. Posizione di emergenza CPR azionabile sia meccanicamente mediante leva (facilmente accessibile anche con le sponde abbassate) sia elettricamente con comando sulla pulsantiera”.

IL RUP

Dott.ssa Rosanna Missan