

**CHIARIMENTO N. 2**

**Domanda:**

All’art. 2 del Csa paragrafo iniziale viene richiesto che i letti rispondano ai requisiti delle normative UNI EN 60529 e EN 60670 (grado di protezione scatole e per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari). La normativa europea di riferimento dei letti elettrici nei vari campi di applicazione (EN 60601-2-52) che viene giustamente richiesta in realtà già richiede il grado di sicurezza previsto dalle normative sopra citate. E’ sufficiente che i letti siano corrispondenti quindi alla normativa specifica di riferimento, cioè la EN 60601-2-52?

**Risposta:**

Sì