

**CHIARIMENTO N. 3**

**Domanda:**

All’art. 2 punto 6 del Csa viene richiesto che l’intradosso ad altezza minima del letto (25 cm) sia inferiore ai 15 cm. Intendete che il piano rete deve abbassarsi a minimo 25 cm da terra? Potreste spiegare meglio cosa intendete e in che situazione servono i 15 cm liberi per l’accesso dei sollevatori?

**Risposta:**

L’altezza minima da terra del piano rete, misurata nella parte inferiore dello stesso, non deve essere superiore a cm 25 da terra e non inferiore a cm 15; la struttura del letto non deve presentare un basamento fisso ovvero un’altezza minima di abbassamento del letto inferiore a cm 15, in modo da garantire l’accessibilità del sollevatore.