

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 140 LETTI ALZHEIMER A
MOVIMENTAZIONE ELETTRICA OCCORRENTI AI NUCLEI RESIDENZIALI DELL’A.S.P. ITIS DI TRIESTE -
CIG: 806235951E – CUP D99G17002700007

CHIARIMENTO N. 5

Domanda:

Nell’art. 18 del Disciplinare di gara “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” vengono dati punti all’emissione di COV, è sufficiente un’autodichiarazione o è necessaria una certificazione da un ente terzo?

Risposta:

Non è sufficiente un’autodichiarazione ma è necessaria una certificazione come indicato all’art. 3.4.1 del D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 28/1/17).