

CHIARIMENTO N. 7 – RETTIFICA AL CSA

Domanda:

All’art. 2 punto 10 del Csa viene richiesto l’inclinazione della zona femorale compresa tra 25° e 42°. Se la zona non raggiunge i 0° il piano rete non si può abbassare per distendere completamente il paziente. Potete spiegare meglio che cosa intendete?

Risposta:

Si comunica che per mero errore materiale è stata indicata la misura di 25° minimo anziché 0°; pertanto è stato riapprovato il Capitolato Speciale d’Appalto per la gara in oggetto con la seguente modifica all’art. 2 punto 10 " zona femorale elevabile con inclinazione inclusa tra 0° e 42°".